

Oświadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego

o spełnieniu przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. Nr 11 z 2004 poz. 95) oraz określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych (Dz. U. Nr 194 z roku 2004 poz. 1994)

przepis ustawy i/lub rozporządzenia	Wymóg ustawowy lub wynikający z rozporządzenia	TAK jeżeli warunek jest spełniony NIE jeżeli warunek jest nie spełniony
art.5.4 art.13.4 ustawy	Kierownik weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego spełnia wymogi określone art. 5 ust. 2 oraz w Art. 13 Ust. 4	
art.6.3 ustawy	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne oznaczone jest zgodnie Art. 6 Ust. 3 ustawy	
art.6.2 ustawy	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne postępuje z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami	
par.9.1 Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wyposażone jest w sprzęt do gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami o odpadach	
art.11.2 ustawy	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne prowadzi badania mikrobiologiczne	
art.11.1.1 ustawy	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada pokój przyjęć prób do badań diagnostycznych	
art.11.1.2 ustawy	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada salę laboratoryjną	
art.11.1.3 ustawy	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada aparatura i sprzęt dostosowane do zakresu wykonywanych badań	
art.11.1.4 ustawy	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada sprzęt i urządzenia do przechowywania używanych środków i materiałów	
art.11.1.5 ustawy	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada zaplecze sanitarne i socjalne	
	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada pomieszczenie administracyjne	
par.6.1 Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada urządzenia do pozyskiwania wody destylowanej lub dejonizowanej	
par.6.2 Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada sprzęt i urządzenia do przechowywania odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych w warunkach określonych przez producenta lub wynikających z ich właściwości	
par.2.1 Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne mieści się w odrębnym budynku	
par.2.1 Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne mieści się w odrębnym lokalu	
par.2.1 Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne stanowi wyodrębnioną część budynku	
par.2.1 Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne stanowi wyodrębnioną część lokalu	
par.2.1 Rozp.1994	Pomieszczenia weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń budynku lub lokalu	
par.2.2 Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne mieści się na jednej kondygnacji	
par.2.2 Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne mieści się na różnych kondygnacjach	
art.6.1 ustawy par.3.1.1 Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych	
art.6.1 ustawy par.3.3 Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada sprzęt do prowadzenia i przechowywania dokumentacji przyjęcia, rejestracji oraz identyfikacji prób przeznaczonych do badań	

art.6.1 ustawy par.3.8 Rozp.1994	Pomieszczenia weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego są oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację	
art.6.1 ustawy par.3.9 Rozp.1994	Komunikacja wewnątrz laboratorium zorganizowana jest w sposób zabezpieczający przed krzyżowaniem się dróg obiegu materiału biologicznego i prób	
art.6.1 ustawy par.3.10 Rozp.1994	Wejście na zaplecze sanitarne i socjalne nie prowadzi przez pomieszczenia pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych i przez salę laboratoryjną	
art.6.1 ustawy par.4.1 Rozp.1994	W laboratorium znajduje się pomieszczenie lub stanowisko do wykonywania sekcji diagnostycznych	
art.6.1 ustawy par.4.2 Rozp.1994	W laboratorium znajduje się chłodnia do przetrzymywania pozostałości po badaniach	
art.6.1 ustawy par.3.2a Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada instalację wodną	
art.6.1 ustawy par.3.2b Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada instalację elektryczną	
art.6.1 ustawy par.3.2c Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada instalację grzewczą	
art.6.1 ustawy par.3.2d Rozp.1994	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne posiada instalację kanalizacyjną	
art.6.1 ustawy par.3.7 Rozp.1994	W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych, na zapleczu socjalne i sanitarnym zapewniona jest wymiana powietrza	
art.6.1 ustawy par.3.2 Rozp.1994	Ściany pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego wykonane są z materiałów gładkich, a przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych	
art.6.1 ustawy par.3.3 Rozp.1994	W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych znajduje się umywalka z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku, pojemniki na zużyte ręczniki	
art.6.1 ustawy par.3.3 Rozp.1994	W sali laboratoryjnej znajduje się umywalka z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku, pojemniki na zużyte ręczniki	
art.6.1 ustawy par.3.3 Rozp.1994	W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych znajduje się armatura bezdotykowa	
art.6.1 ustawy par.3.3 Rozp.1994	W sali laboratoryjnej znajduje się armatura bezdotykowa	
art.6.1 ustawy par.3.4 Rozp.1994	Parapety w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym są wykonane materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i są łatwo zmywalne	
art.6.1 ustawy par.3.5 Rozp.1994	Grzejniki w pomieszczeniach weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego są gładkie i łatwe do czyszczenia	
art.6.1 ustawy par.3.6 Rozp.1994	Okna w pomieszczeniach laboratoryjnych są otwierane lub uchylne z wyłączeniem pomieszczeń sal laboratoryjnych przeznaczonych do badań mikrobiologicznych*	
art.6.1 ustawy par.3.7 Rozp.1994	W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych zainstalowana jest klimatyzacja	
art.6.1 ustawy par.3.3 Rozp.1994	W sali laboratoryjnej zainstalowana jest klimatyzacja	
art.6.1 ustawy par.3.3 Rozp.1994	Sala laboratoryjna wyposażona jest w wentylację mechaniczną	
art.6.1 ustawy par.3.3 Rozp.1994	Sala laboratoryjna wyposażona jest w wentylację grawitacyjną	
art.6.1 ustawy par.5.1.1 Rozp.1994	Powierzchnia pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych wynosi co najmniej 6m ²	
art.6.1 ustawy par.5.2 Rozp.1994	Wysokość pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych wynosi co najmniej 2,5 m	
art.6.1 ustawy par.5.1.2 Rozp.1994	Powierzchnia sali laboratoryjnej wynosi co najmniej 20m ²	
art.6.1 ustawy	Wysokość sali laboratoryjnej wynosi co najmniej 2,5 m	

par.5.2 Rozp.1994		
art.6.1 ustawy par.5.1.3 Rozp.1994	Powierzchnia zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 3m ²	
art.6.1 ustawy par.5.2 Rozp.1994	Wysokość zaplecza sanitarnego wynosi co najmniej 2,5m	
art.6.1 ustawy par.5.1.4 Rozp.1994	Powierzchnia pomieszczenia administracyjnego wynosi co najmniej 6m ²	
art.6.1 ustawy par.5.2 Rozp.1994	Wysokość pomieszczenia administracyjnego wynosi co najmniej 2,5m	
art.6.1 ustawy par.5.1.5 Rozp.1994	Powierzchnia zaplecza socjalnego i szatni wynosi co najmniej 3m ²	
art.6.1 ustawy par.5.2 Rozp.1994	Wysokość zaplecza socjalnego i szatni wynosi co najmniej 2,5m	
art.6.1 ustawy par.7.1.2 Rozp.1994	Pokój przyjęć prób do badań diagnostycznych wyposażony jest w lampę bakteriobójczą	
art.6.1 ustawy par.7.1.1 Rozp.1994	Pokój przyjęć prób do badań diagnostycznych wyposażony jest w urządzenia i sprzęt do identyfikacji i przechowywania prób do badań diagnostycznych	
art.6.1 ustawy par.7.2 Rozp.1994	Urządzenia i sprzęt znajdujące się w pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych wykonany jest z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych	
art.6.1 ustawy par.8.1.2 Rozp.1994	Sala laboratoryjna wyposażona jest w lodówki i zamrażarki do przechowywania prób do badań diagnostycznych oraz materiałów pomocniczych służących do wykonywania badań	
art.6.1 ustawy par.8.2.1 Rozp.1994	Sala laboratoryjna wyposażona jest w ciepłarki*	
art.6.1 ustawy par.8.2.2 Rozp.1994	Sala laboratoryjna wyposażona jest w autoklaw do wyjaławiania podłoży*	
art.6.1 ustawy par.8.2.3 Rozp.1994	Sala laboratoryjna wyposażona jest w autoklaw do niszczenia kultur po badaniach	
art.6.1 ustawy par.8.2.4 Rozp.1994	Sala laboratoryjna wyposażona jest w sterylizator na suche powietrze*	
art.6.1 ustawy par.8.2.5 Rozp.1994	Sala laboratoryjna wyposażona jest w komorę laminarną do posiewów*	
art.6.1 ustawy par.8.2.6 Rozp.1994	Sala laboratoryjna wyposażona jest w szafy chłodnicze*	
art.6.1 ustawy par.8.2.7 Rozp.1994	Sala laboratoryjna wyposażona jest w lampy bakteriobójcze*	
art.6.1 ustawy par.8.3 Rozp.1994	Sala laboratoryjna zabezpieczona jest przed dostępem osób postronnych	
art.6.1 ustawy par.8.4 Rozp.1994	Wejście do sali laboratoryjnej prowadzi przez służę dezynfekcyjną	
art.6.1 ustawy par.8.5 Rozp.1994	W sali laboratoryjnej wydzielona jest część pomieszczenia na zmywalnię ze zlewozmywakiem	
art.12.1.1 ustawy	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne prowadzi szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych	
art.12.1.2 ustawy	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne prowadzi szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej	
art.12.1.3 ustawy	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne prowadzi szkolenie podyplomowe lekarzy weterynarii	
art.12.1.4 ustawy	Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy weterynarii	
jeśli pracuje lek. wet. upoważniony do wystawiania paszportów dla zwierząt tow.	Klinika weterynaryjna jest wyposażony w czytnik mikrocipów	

.....
Podpis Kierownika Weterynaryjnego
laboratorium diagnostycznego

Pouczenie:

Art. 65. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności regulowanej, dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, **po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.**

2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.

3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również we właściwym organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowi do rejestru określają przepisy ustaw regulujących daną działalność.

5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Art. 71. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy:

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej.

Art. 72. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Art. 19. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

Art. 33. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt

1. Osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły na podstawie dotychczasowych przepisów zakład leczniczy dla zwierząt, zachowują uprawnienia do jego prowadzenia.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane dostosować prowadzony przez siebie zakład leczniczy dla zwierząt do przepisów niniejszej ustawy do dnia 1 stycznia 2006 r.

Art. 17. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słuszych interesów konsumentów.

Art. 18. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska.